



**ANALYSIS AND CONTROL THE QUALITATIVE PRODUCTS DEPARTMENT**

Tel: 0084.39.3861718 Fax: 0084.39.3760357 Email: kcsmitraco@gmail.com

ISO/IEC 17025:2005 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

**PHIẾU TRẢ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH**

**B 03 / 09 - 04**

Số TN: 49/02/2019

Ngày: 14/02/2019

Người/ đơn vị gửi mẫu:

Công ty TNHH XD & TM DPA.

Địa chỉ:

Số 05 – Nguyễn Trãi – TP Vinh – Nghệ An

Tên mẫu:


Mẫu 1

Số lượng mẫu:

01

Ngày nhận mẫu:

12.02.2019



**KẾT QUẢ PHÂN TÍCH**

Theo yêu cầu của quý khách hàng, chúng tôi đã tiến hành phân tích mẫu hàng trên tại Phòng thí nghiệm. Kết quả như sau:

T	Tên/Ký hiệu	Đơn vị tính	Phương pháp thử	Kết quả
1	CaO*	%	TC 01.Da.PTH	53.62
2	MgO	%	TCVN 9191:2012	0.81
3	SiO <sub>2</sub>	%	TCVN 9191:2012	0.060
4	S	%	TCVN 9191:2012	0.005
5	P	%	TC 05.P.UV	0.010
6	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	TCVN 9191:2012	0.017


**Ghi chú:**

- Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu đã gửi phân tích.
- Bản sao 1 phần kết quả so với bản gốc không có giá trị.
- Kết quả (\*) đã được công nhận VILAS.
- Thời hạn lưu mẫu 30 ngày kể từ ngày trả kết quả.

Trưởng phòng

Người kiểm tra

Phân tích viên



Trần Đức Thắng

Trần Thị Thuý